

SS Nº: 4310263

Tipo: CORRETIVA


Página 1/2



BRASIL LABORATORIO DE METROLOGIA
CNPJ: 28.174.552/0001-35 FONE:
Endereço: RUA XII DE MAIO, 520, CENTRO
FLOR DA SERRA DO SUL, Paraná
CEP: 41078-500

Aberto por: ALEX SANTIS 18/08/2023 20:50:12
Técnico designado: ADRIANO DICKMANN
Evolução: CONCLUÍDO

Solicitante.....: CLINICA SANTO ANGELO id: 241530 Fone: (54) 9892-3566
Endereço.....: RUA JOÃO PAULO I
Bairro.....: TRÊS VENDAS
Tecnologia.....: ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE INCOTERM EA100
NS.: 58664166
Descrição.....: REPARO
Solicitado Por.: AMANDA MARION

Urgência: **PODE ESPERAR**

Especificação Técnica do Patrimônio		
COR DA BRACADEIRA	Azul marinho	
FAIXA DE MEDICAO	0 - 300	mmHg
MATERIAL MANGUITO E PERA	PVC	
TIPO DE BRACADEIRA	Nylon	
TIPO DO FECHO	Velcro	
CIRCUNFERENCIA DA BRACADEIRA	10 - 18	cm

Avaliação / Conclusão

Etiqueta Fixada 47 239 257 - 4

Total da SS

Ordem	35149 - CHECK LIST DE ESFIGMOMANOMETRO	Ocupação	Previsão	Status	Check
1.00	INSPECAO VISUAL E MECANICA				
1.10	! LIMPEZA Obs. do item: O INSTRUMENTO APRESENTAVA EXCESSO DE SUJIDADE.	TECNICO EM MANUTENCAO	1		
1.20	! INSPECAO DA PERA	TECNICO EM MECANICA	1		
1.30	! INSPECAO DA VALVULA	TECNICO EM MANUTENCAO	1		
1.40	! INSPECAO DO MANGUITO	TECNICO EM MANUTENCAO	1		
1.50	! INSPECAO DA BRACADEIRA	TECNICO EM MANUTENCAO	1		
1.60	! INSPECAO DO MANOMETRO Obs. do item: FOI REALIZADO A TROCA DO VISOR QUE ESTAVA QUEBRADO E O AJUSTE DE INDICAÇÃO DE ZERO	TECNICO EM MANUTENCAO	1		
2.00	TESTES E ENSAIOS				
2.10	! TESTE DE VAZAMENTO DE AR Obs. do item: 3 MMHG	TECNICO EM MANUTENCAO	1		
2.20	! ENSAIO DE MEDICAO Obs. do item: 2 MMHG	TECNICO EM MANUTENCAO	1		
Porcentagem de aprovação dos itens checados: 100.00%		Total horas			

Responsável Técnico
KETLIN DOS SANTOS

Técnico Executante
ADRIANO DICKMANN
IPEM/PR 123154-1

Encerrada 21/08/2023 15:39
ADRIANO DICKMANN
IPEM/PR 123154-1

Recebida 21/08/2023 15:39
PEDRO CESAR

Fotos




Visor do manometro quebrado




Etiqueta Fixada 47 239 257 - 4



Responsável Técnico
KETLIN DOS SANTOS



Técnico Executante
ADRIANO DICKMANN
IPEM/PR 123154-1



Encerrada 21/08/2023 15:39
ADRIANO DICKMANN
IPEM/PR 123154-1



Recebida 21/08/2023 17:15
PEDRO CESAR